



Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon



BERGEN
KOMMUNE



Table of contents

- 1 Avtalen gjelder
- 2 Nærmere beskrivelse av leveransen
- 3 Kravspesifikasjon



1 Avtalen gjelder

Bergen Vann skal kjøpe en totalstasjon.

2 Nærmere beskrivelse av leveransen

Anskaffelsen gjelder kjøp av totalstasjon med tilhørende utstyr, inkludert serviceavtale.

Se kravspesifikasjon for ytterligere opplysninger.

3 Kravspesifikasjon

Følgende krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Totalstasjon (Response required)

Det stilles følgende krav til leveranse av totalstasjonen. Alle punktene under skal inngå i leveransen.

- Kamera med direkte visning av trådkors på målebok
- 1 sekund nøyaktighet
- Målebok med fysisk tastatur
- Må være satt opp som enmannsstasjon
- Må ha innmåling og utsettingsprogram
- Minimum IP55 (IEC 60529)
- 400 gons prisme
- Batterier med lader, minimum driftstid 15 timer
- Stang med brakett til feste av målebok
- Stativ til totalstasjon
- Koffert med bærereim
- Grunnleggende brukeropplæring med gjennomgang av menyer og instrumentfunksjoner
- Utstyret skal være nytt og ikke tidligere vært brukt

2 Serviceavtale (Response required)

Serviceavtale som inkluderer årlig kalibrering, programoppdateringer, preventivt vedlikehold (rengjøring, smøring av pakninger og bevegelige deler). Arbeidstimer for ordinær service skal være inkludert i serviceavtalen.