

OT-21-01

## SPØRSMÅL OG SVAR 20. DESEMBER 2021

### SPØRSMÅL 1

Viser til konkurransegrunnlagets prisskjema, fanark Enhetspriser hvor følgende tester inngår ikke i noen aktuelle forskrifter for vann:

- Stafylokokker
- Sulfitreducerende Clostridiumsporer
- Kimtall, 7 døgn

I hvilke tilfeller har dere behov for disse testene og for hvilken type vann?

Kan testene eventuelt erstattes med:

- Sulfitreducerende Clostridiumsporer erstattes med C. perfringens
- . Kimtall, 7 døgn erstattes med Kimtall 3 døgn

### SVAR PÅ SPØRSMÅL 1

Oppdragsgiver har gjennomgått testene og kommet fram til følgende

- o Stafylokokker utgår
- o Sulfitreducerende Clostridiumsporer erstattes med Clostridium perfringens
- o Kimtall, 7 døgn erstattes med Kimtall, 3 døgn

---

### SPØRSMÅL 2

Det er noen av de mikrobiologiske testene som er oppgitt med uvanlige enheter og spørsmålet er om det kan være noe feil i anbudsteksten på dette:

Presumptiv E. coli

Presumptiv analyse utdatert, og brukes mindre og mindre. Benytter dere det fortsatt? Dette gir svar i CFU, ikke MPN. Er det feil i benevningen?

Evt. kan denne erstattes med E.coli, colilertmetode. Da foreligger analyseresultat av E.coli med benevning MPN.

Termotolerante koliforme bakterier

Her benyttes vanligvis ikke MPN, men MF er standard medium. Det mast vanlige er imidlertid CFU, kan dette benyttes her?

### SVAR PÅ SPØRSMÅL 2

Oppdragsgiver har etter gjennomgang besluttet følgende:

Når det gjelder E.coli gjør vi også som tilbydereren foreslår, at den metoden som er mest fornuftig eller riktig benyttes. I forskriften står det som «enhet» bare «Antall/100 ml). Det står altså ikke spesifisert i forskriften om det skal være «cfu/100ml» eller «MPN/100ml».

Tilbyder benytter derfor den måleenheten som er naturlig/riktig ut fra hvilken metode som brukes. Den utdaterte metoden kan altså gjerne erstattes med «E.coli, colilertmetoden», det viktige er at tilbyder kommenterer hvilken metode som vil benyttes.

---

### SPØRSMÅL 3

I dokument «Rammeavtale, vilkår», punkt Vedlegg B: Andre forhold i avtalen står det at leverandør skal utarbeide en produktperm med prisliste til alle aktuelle virksomheter i kommunene. Hva består en produktperm av? Og kan dette erstattes med elektroniske dokumenter?

### SVAR PÅ SPØRSMÅL 3

Etter gjennomgang ser oppdragsgiver at dette punktet ikke er nødvendig å ha med, det vil derfor bli fjernet fra dokumentet.